


この製品は**杖先の直径が 19mm の杖（幸和製作所の杖）専用**です。

それ以外の杖には使用しないでください。

使用方法

磨耗したゴムをはずし、新しいゴムを杖の先に取り付けてください。


※ゴムがはずれないように、強く押し込んでください。



杖先の直径

お使いの杖の杖先を右図に照らし合わせ、直径をご確認ください。

※図は目安です。ご使用前に実際に杖に取り付け確実に取り付けられることをご確認ください。



ご注意

杖先のゴムが磨耗したまま使用すると危険です。定期的に点検し、交換してください。弊社製品以外に取り付けしないでください。

保管方法

長期間保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。

CAP15-BK



材質：合成ゴム MADE IN CHINA

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459

 外箱：PET

 紙：台紙